5 Свидетельство о первичной поверке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Измеритель цифровой электронный толщины покрытий DPM-816 — наименование изделия; обозначение; № 0575 заводской номер

поверен(а) и на основании результатов первичной поверки признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Поверитель

Клеймо поверительное — личная подпись — расшифровка подписи

15 ИЮН 2020 — год, месяц, число

6 Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Измеритель цифровой электронный толщины покрытий DPM-816 — наименование изделия; обозначение; № 0575 заводской номер

Упакован(а) в ИП Чувакин В.Н согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документацией.

ИП — должность; личная подпись; Чувакин В.Н. — расшифровка подписи

15.06.2020 — год, месяц, число

7 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель цифровой электронный толщины покрытий DPM-816 — наименование изделия; обозначение; № 0575 заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

М.П.

Начальник ОКК Чувакин В.Н.

личная подпись; расшифровка подписи

15.06.2020 — год, месяц, число

ИП Чувакин Владимир Николаевич ОГРНИП 310554302700114 ИНН 550203381230 Для паспортов Россия г. Омск

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование толщиномера покрытий может осуществляться в упаковке всеми видами транспорта, за исключением авиационного, в негерметизированных отсеках при условии защиты от прямого воздействия осадков и пыли.

Погрузочно-разгрузочные работы осуществлять без ударов.

8.2 Условия хранения толщиномера покрытий в упаковке соответствуют условиям хранения 1.2 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии паров кислот, щелочей и других едких веществ, вызывающих коррозию.

Не оставлять элемент питания внутри устройства при длительном хранении.

Не хранить толщиномер покрытий вблизи устройств, генерирующих сильные магнитные поля (рядом с магнитами), блоками питания или электродвигателями.

9 Сведения об утверждении типа средств измерений

9.1 Тип средства измерений утвержден в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

9.2 Свидетельство об утверждении типа средств измерений измерителя цифрового электронного толщины покрытий DPM-816 ОС.27.051.А № 73664 со сроком действия до 17.04.2024 г. выдано на основании решения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, оформленного приказом от 17.04.2019 № 833

9.3 Знак утверждения типа средств измерений наносится изготовителем на корпус толщиномеров методом наклейки и на титульные листы эксплуатационных документов типографским способом.

9.4 Интервал между поверками – 1 год. Методика поверки – ОЦСМ 052196-2018 МП.

10 Сведения об утилизации

10.1 Толщиномер покрытий не представляет опасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

10.2 Утилизацию отработавшего срок службы или вышедшего по каким-либо причинам из строя толщиномера покрытий проводить по усмотрению Потребителя.

10.3 Входящий в комплект поставки химический элемент питания нуждается в особых способах утилизации, так как содержит вредные для окружающей среды химические соединения.